

附件

不符合规定产品名单

序号	样品名称	受抽单位	生产单位	型号规格	产品编号/批号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项	备注
1	医用外科口罩	铜陵国泰大药房有限公司	河南省佳康医疗器械有限责任公司	无菌平面耳挂式	批号： 202201001	铜陵市市场监督管理局	安徽省食品药品检验研究院	压力差 (Δp)	生产企业否认
2	医用外科口罩	黄山花园药业零售连锁有限公司 百信昱西药房	浙江蓝禾医疗用品有限公司	超透气型 125mm ×80mm, 允差± 5%	批号: 20230406	黄山市产品质量检验研究院	安徽省食品药品检验研究院	压力差 (Δp)	