

附件

不符合规定产品名单

序号	样品名称	受抽单位	生产单位	型号规格	产品编号/批号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项	备注
1	医用外科口罩	淮北市妇幼保健院	长东医疗器械集团有限公司	平面形耳挂式 17.5CM×17CM	批号：22012014	淮北市市场监督管理局	安徽省食品药品检验研究院	压力差	
2	医用防护口罩	池州市燕红大药房	上海太昊生物科技有限公司（周口）医药有限公司	无菌折叠型挂耳式 大号	批号：2022120301	池州市质量监督检验研究院	安徽省食品药品检验研究院	密合性	生产企业否认