

附表2:

贵州省药品监督管理局医疗器械质量公告（2024年第2期）（不符合规定）

序号	样品名称	标示 生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样单位	检验依据	检验结果	不合格项目	检验机构	核查 情况	报告编号	备注
1	玻璃体温计	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	三角型棒式（口腔）	/	贵阳市公共卫生救治中心	浙械注准20182200144《玻璃体温计》	不合格	示值	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240081	
2	医用防护口罩	河南省佳康医疗器械有限责任公司	无菌折叠头戴式	20221206B	观山湖区妇幼保健院	豫械注准20202142044《医用防护口罩》	不合格	过滤效率	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240101	
3	医用橡胶检查手套	南昌市贝普医疗科技有限公司	大号	20230208	贵阳白志祥骨科医院	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	不合格	不透水试验	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240138	
4	一次性使用医用橡胶检查手套	南昌飞翔乳胶制品有限公司	小号（S）有粉表面	24010205	遵义市播州区桂花桥社区卫生服务中心	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	不合格	不透水试验	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240162	
5	玻璃体温计	扬州华祥医疗器械有限公司	三角型棒式（口腔）	20230218	普定县人民医院	苏械注准20192070603《玻璃体温计》	不合格	示值	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240186	
6	玻璃体温计	洪江市正兴医疗仪表厂	CR. W11/型号：三角型棒式体温计（口腔用）	/	贵州黔钜惠家佳康大药房连锁有限公司	湘械注准20172070233《玻璃体温计》	不合格	示值	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240191	
7	医用防护口罩	新乡市大方医疗器械制造有限公司	折叠型	2211072901	平塘顺百年医院	豫械注准20172641027《医用防护口罩》	不合格	无菌	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240214	标识生产企业否认其生产
8	玻璃体温计	重庆日月医疗设备有限公司	三角形棒式（口腔）	20231226	贵州九州通欣益天地医药有限公司	渝械注准20192070199《玻璃体温计》	不合格	示值	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240310	
9	玻璃体温计	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	三角型棒式（口腔）	/	贵州博洋药业连锁有限公司	浙械注准20182070144《玻璃体温计》	不合格	示值	贵州省医疗器械检测中心	/	SCY240353	

序号	样品名称	标示 生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样单位	检验依据	检验结果	不合格项目	检验机构	核查 情况	报告编号	备注
10	玻璃体温计	洪江市正兴医 疗仪表厂	CR. W11 三角型棒 式体温计（口腔 用）	/	遵义市播州区人 民医院	湘械注准 20172070233《玻璃 体温计》	不合格	示值	贵州省医疗 器械检测中 心	/	SCY240405	
11	一次性使用 无菌注射器 带针	浙江欧健医用 器材有限公司	5ml 0.5×38 RWLB	批23112701	印江小玉口腔诊 所	国械注准 20153141308《一次 性使用无菌注射器 带针》	不合格	按手间距	贵州省医疗 器械检测中 心	/	SCY240415	