

附表2:

2024年（第二季度）贵州省医疗器械质量抽查检验信息（全部150）

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
SCY24 0013	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml 0.6×25 TWLB	批20231201	关岭布依族苗族自治县人民医院	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240013	使用环节
SCY24 0017	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL	批20230421	都匀市人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240017	使用环节
SCY24 0021	医用纱布敷料	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	8cm×8cm×8层/纱布块	20231114	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140041《医用纱布敷料》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240021	生产环节
SCY24 0029	医用外科口罩	贵州天使医疗器械有限公司	平面形 GR17cm×10cm	20231212	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20172140023《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240029	生产环节
SCY24 0031	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 10mL 0.7×31mmTWLB	批20230404	贵州鸿赫医疗设备有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240031	经营环节
SCY24 0053	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B型 0.9×26.5TWLB	批20230912	遵义市第一人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240053	使用环节
SCY24 0054	橡胶外科手套	江西恒生实业有限公司	型号：有粉表面/ 部分纹理或全面纹理/已灭菌；规格：6.5	20230915	凯里市悦美新生医疗美容有限公司	赣械注准20172140208《橡胶外科手套产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240054	使用环节
SCY24 0055	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45mm×15.5mm	批20231106	凯里市第一人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240055	使用环节
SCY24 0061	一次性使用灭菌橡胶外科手套	河南省奥邦医疗器械有限公司	7 弯曲手指/麻面	20220914	六盘水市第三人民医院	豫械注准20192140536《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240061	使用环节

SCY240062	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5mm TWLB	批20231207	六盘水市第三人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240062	使用环节
SCY240063	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231209	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240063	经营环节
SCY240064	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230829	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	赣械注准20172180193《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240064	经营环节
SCY240065	医用退热贴	东莞市紫欣医疗器械科技有限公司	ZX11040T 1贴/袋 ×4袋/盒	20230103	黔西南州四维医药连锁有限公司	粤东械备20180015号《医用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240065	经营环节
SCY240066	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.7×24TWLB	批20230821	贵州鸿瑞医疗器械有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240066	经营环节
SCY240067	一次性使用灭菌橡胶外科手套	江苏省永宁医疗器械有限公司	6.5	20221120	贵州鸿瑞医疗器械有限公司	苏械注准20182660161《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240067	经营环节
SCY240068	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.45×15.5 RW LB	批20231122	黔西南州亿力医疗器械有限公司	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240068	经营环节
SCY240069	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20230418	黔西南州亿力医疗器械有限公司	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240069	经营环节
SCY240070	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	10ml-0.7×30 TW LB	批231116	黔药控股毕节有限公司	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240070	经营环节
SCY240071	一次性使用无菌注射针	江苏长城医疗器械有限公司	0.45×16RWBSB(26 G)	20230406	凯里市悦美新生医疗美容有限公司	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240071	使用环节
SCY240072	一次性使用灭菌橡胶外科手套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	7码 有粉 弯型/麻面	22A8126E0	新蒲康兴医院	粤械注准20172140158《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240072	使用环节
SCY240073	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.7×24TWLB	批20230923	铜仁华夏医院有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240073	使用环节

SCY240074	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5TWLB	批20231231	铜仁华夏医院有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240074	使用环节
SCY240075	一次性使用灭菌橡胶外科手套	委托生产方：上海科邦医用橡胶器材有限公司 受托生产方：江	型号：无粉表面 规格：7	2303153D	铜仁华夏医院有限公司	沪械注准20192140522《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240075	使用环节
SCY240076	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20231017	铜仁市第二人民医院	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240076	使用环节
SCY240077	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.45×15.5RWLB	批20230702	铜仁市第二人民医院	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240077	使用环节
SCY240078	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B型 0.9×26.5TWLB	批20230915	铜仁市第二人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240078	使用环节
SCY240079	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械有限公司	型号：轴转式；规格：中号	批231206	六盘水安琪儿妇产医院	赣械注准20162180033《一次性使用无菌阴道扩张器产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240079	使用环节
SCY240080	一次性使用产包	江西松鹤医疗器械有限公司	A型	20231102	六盘水安琪儿妇产医院	赣械注准20202140447《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240080	使用环节
SCY240081	玻璃体温计	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	三角型棒式（口腔）	/	贵阳市公共卫生救治中心	浙械注准20182200144《玻璃体温计》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240081	使用环节
SCY240082	一次性使用手术衣	河南省百亚医疗器械有限公司	中号	22401008	贵阳市公共卫生救治中心	豫械注准20212140648《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240082	使用环节
SCY240083	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	批20230721	贵阳市第三人民医院	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240083	使用环节
SCY240084	一次性使用输液器 带针	上海金塔医用器材有限公司	JT-ZIS-1 C1 0.55×19 RW LB	20230801	贵阳市第三人民医院	国械注准20173140954《一次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240084	使用环节
SCY240085	医用防护口罩	河南吉合医疗器械有限公司	无菌折叠耳挂式	2022121515	贵州省黔济医药连锁有限公司	豫械注准20202142065《医用防护口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240085	经营环节

SCY240086	一次性使用配药注射器 带针 (无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6×32TWSB	批20240122	贵州中卫医药有限公司	赣械注准20162140329 《一次性使用配药注射器 带针 (无菌溶药器) 产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240086	经营环节
SCY240087	一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles	Shinhung Co., Ltd株式会社新 兴	30G SHINJECT 30G S 21mm	230708	六盘水戴氏口腔医院	国械注进20173141666 《一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240087	使用环节
SCY240088	一次性使用手术衣	新乡市康民卫材开发有限公司	小号	231202118	六盘水市钟山区人民医院	豫械注准20222140552 《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240088	使用环节
SCY240091	一次性使用医用橡胶检查手套	山东蓝帆新材料有限公司	无粉、麻面中号 (M)	23090001	六盘水钟山朗朗口腔门诊有限公司	鲁械注准20172140756 《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240091	使用环节
SCY240092	一次性使用无菌溶药注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL 1.2mm (1.2×33TWCZ)	批20240211	贵阳市第六医院有限公司	鲁械注准20142140076 《一次性使用无菌溶药注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240092	使用环节
SCY240093	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml 0.6mm (0.6×25TWLB)	批20231011	贵阳市第六医院有限公司	国械注准20163141593 《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240093	使用环节
SCY240094	一次性使用配药注射器 带针 (无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 50mL 1.6×32mm TWSB	批20231214	黔西林东医院	赣械注准20162140329 《一次性使用配药注射器 带针 (无菌溶药器) 产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240094	使用环节
SCY240095	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230603	黔西华洋医用设备服务有限公司	赣械注准20172180193 《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240095	经营环节
SCY240096	非吸收性外科缝线	扬州富达医疗器械有限公司	60cm×15根/3-0	20220506	大方南方医院	苏械注准20192020931 《非吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240096	使用环节
SCY240097	医用外科口罩	新乡市华康卫材有限公司	9.5cm×17.5cm/无菌平面挂耳型	23120507	贵阳华医医院有限公司	豫械注准20212142062 《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240097	使用环节
SCY240098	医用外科口罩	新乡市华康卫材有限公司	9.5cm×17.5cm/无菌平面系带型	23081598	黔西林东医院	豫械注准20212142062 《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240098	使用环节
SCY240099	医用缝合针	巢湖市宾雄医疗器械有限公司	○ 1/2 7×17	422106101	六盘水贵方医疗科技有限公司	皖械注准20202020407 《医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240099	经营环节

SCY240101	医用防护口罩	河南省佳康医疗器械有限责任公司	无菌折叠头戴式	20221206B	观山湖区妇幼保健院	豫械注准20202142044《医用防护口罩》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240101	使用环节
SCY240102	一次性使用袋式输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号: B1、规格: 250mL	批20231127	大方南方医院	国械注准20193141760《一次性使用袋式输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240102	使用环节
SCY240103	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	∅0.35×60mm	233020	六盘水贵方医疗科技有限公司	苏械注准20162200970《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240103	经营环节
SCY240104	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7×31TWLB	批20230202	六盘水三特医药有限责任公司	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240104	经营环节
SCY240105	玻璃体温计	东阿阿华医疗科技有限公司	内标式(腋下)(大规格)	24012705	六盘水三特医药有限责任公司	鲁械注准20162070251《玻璃体温计》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240105	经营环节
SCY240106	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	配针规格: 0.9mm 型号: B型	批20230317	金沙林东医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240106	使用环节
SCY240107	一次性使用配药注射器	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	20ml-1.6×30(斜面针)	批231229	百里杜鹃鹏程医院	豫械注准20212140851《一次性使用配药注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240107	使用环节
SCY240108	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231224	百里杜鹃鹏程医院	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240108	使用环节
SCY240109	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1:40ml×1 R2:10ml×1	24012601	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400030《丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240109	生产环节
SCY240110	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 校准品: 1ml	23120503	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400044《总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240110	生产环节
SCY240111	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 校准品: 1ml	24030401	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400051《尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240111	生产环节
SCY240112	无菌医用缝合针	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	TJ-1-820 ▲1/2 8×20	20Z1018J	金沙林东医院	沪械注准20212020336《无菌医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240112	使用环节

SCY240114	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州名凯医疗器械有限公司	规格：中号M 型号：麻面无粉	20230219	贵州名凯医疗器械有限公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240114	生产环节
SCY240115	一次性使用灭菌橡胶外科手套	贵州名凯医疗器械有限公司	规格:7 型号:弯曲手指/纹理/无粉	20230304	贵州名凯医疗器械有限公司	黔械注准20222140065《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240115	生产环节
SCY240116	医用外科口罩	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	17.5cm×9.5cm/平面型耳挂式	20231209	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140042《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240116	生产环节
SCY240117	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	S(6.5)麻面有粉	20231017	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240117	生产环节
SCY240118	定制式活动义齿	贵州精艺牙科技术有限公司	铸造支架可摘局部义齿	2403180063	贵州精艺牙科技术有限公司	黔械注准20222170048《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240118	生产环节
SCY240119	定制式固定义齿	贵州精艺牙科技术有限公司	金属烤瓷桥	2403220027	贵州精艺牙科技术有限公司	黔械注准20222170047《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240119	生产环节
SCY240120	医用防护服	贵州天使医疗器械有限公司	连身式 185	20220930	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20202140018《医用防护服》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240120	生产环节
SCY240121	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20230617	织金县人民医院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240121	使用环节
SCY240122	医用棉签	委托生产方：贵州益思达医疗科技集团有限责任公司 受托生	20cm/A型	20230920	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140040《医用棉签》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240122	生产环节
SCY240123	一次性使用产包	河南省安邦卫材有限公司	/	E311232	织金县人民医院	豫械注准20212141984《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240123	使用环节
SCY240124	一次性使用无菌产包	贵州骏江实业有限公司	V型	202401020	遵义市妇幼保健院	黔械注准20222140029《一次性使用无菌产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240124	使用环节
SCY240125	一次性使用配药用注射器	四川普瑞斯生物科技有限公司	RYQ 50mL	23092501	遵义市妇幼保健院	川械注准20192140097《一次性使用配药用注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240125	使用环节

SCY240128	一次性使用手术衣	贵州天使医疗器械有限公司	120cm×60cm	20240203	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20182140033《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240128	生产环节
SCY240129	一次性使用无菌橡胶外科手套	贵州天使医疗器械有限公司	6.5: 小号(S)/麻面有粉表面	20240205	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20212140011《一次性使用无菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240129	生产环节
SCY240130	一次性使用橡胶检查手套	贵州天使医疗器械有限公司	6.5: 小号(S)/麻面有粉表面	20240118	贵州天使医疗器械有限公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240130	生产环节
SCY240131	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45×15.5mm RWLB	批20230318	福泉黔城医院有限责任公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240131	使用环节
SCY240132	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	偏头式 20mL 1.2×32mm TWLB	批20231016	福泉立和医院有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240132	使用环节
SCY240133	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6mm 32mm	批20231025	福泉立和医院有限公司	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240133	使用环节
SCY240134	一次性使用乳胶导尿管	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20221114	福泉明仁医院(普通合伙)	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240134	使用环节
SCY240135	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	∅0.35×75mm	233098	福泉明仁医院(普通合伙)	苏械注准20162200970《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240135	使用环节
SCY240136	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.55×19RWLB	批20231229	福泉贵泉医院有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240136	使用环节
SCY240137	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.35×75mm	221002	贵阳白志祥骨科医院	苏械注准20162200588《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240137	使用环节
SCY240138	医用橡胶检查手套	南昌市贝普医疗科技有限公司	大号	20230208	贵阳白志祥骨科医院	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240138	使用环节
SCY240139	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5mm TWLB	20231202	六盘水市钟山区妇幼保健院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240139	使用环节

SCY240140	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	6cm×8cm×8	202307020	福泉黔城医院有限责任公司	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240140	使用环节
SCY240141	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231124	新蒲康华医院	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240141	使用环节
SCY240142	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	23 (T10A碳钢)	2Y1101	贵州东迈医疗器械有限公司	沪械注准20192020032《无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240142	经营环节
SCY240143	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格: 0.9mm 型号: A型	批20231204	贵州东迈医疗器械有限公司	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240143	经营环节
SCY240144	远红外乳腺增生贴	贵州康琦药械有限公司	50mm×70mm	2023120201	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090009《远红外乳腺增生贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240144	生产环节
SCY240145	远红外平喘止咳贴	贵州康琦药械有限公司	50mm×70mm	2024020309	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090008《远红外平喘止咳贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240145	生产环节
SCY240146	远红外行气通便贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2023110105	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090005《远红外行气通便贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240146	生产环节
SCY240147	远红外小儿保脐贴	贵州康琦药械有限公司	40mm×40mm	20230901	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090010《远红外小儿保脐贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240147	生产环节
SCY240148	远红外活络止痛贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024020105	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090006《远红外活络止痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240148	生产环节
SCY240149	远红外腰痛贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024010105	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090011《远红外腰痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240149	生产环节
SCY240150	远红外颈椎康贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024010104	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090007《远红外颈椎康贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240150	生产环节
SCY240151	远红外风湿贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024030101	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090003《远红外风湿贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240151	生产环节

SCY240152	远红外止咳平喘贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	30mm×40mm	2024020104	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090083《远红外止咳平喘贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240152	生产环节
SCY240153	远红外理气清肠贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	60mm×80mm	2024020201	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090082《远红外理气清肠贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240153	生产环节
SCY240154	远红外伤痛活络贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	70mm×100mm	2024020105	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090078《远红外伤痛活络贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240154	生产环节
SCY240155	远红外小儿腹泻贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	40mm×40mm	2024010101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090084《远红外小儿腹泻贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240155	生产环节
SCY240156	远红外乳腺增生贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	40mm×50mm	2024030101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090085《远红外乳腺增生贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240156	生产环节
SCY240157	医用脱脂纱布块	河南省运达医疗器械有限公司	10×10×8	23010602	新蒲康华医院	豫械注准20192140008《医用脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240157	使用环节
SCY240158	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	8cm×10cm×8	202311019	重药控股黔南有限公司	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240158	经营环节
SCY240159	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	23(T10A碳钢)	2Y0812	纳雍县中医医院	沪械注准20192020032《无菌手术刀片医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240159	使用环节
SCY240160	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格：0.9mm 型号：B型	批20230130	纳雍县人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240160	使用环节
SCY240161	一次性使用无菌注射器带针	河南曙光汇康生物科技股份有限公司	1ml-0.45×16 RW LB	批230930	纳雍县人民医院	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240161	使用环节
SCY240162	一次性使用医用橡胶检查手套	南昌飞翔乳胶制品有限公司	小号(S)有粉表面	24010205	遵义市播州区桂花桥社区卫生服务中心	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240162	使用环节
SCY240163	隔物灸贴	贵州良济医疗器械有限公司	护翼型：76mm×100mm(II型)	20231102	贵州良济医疗器械有限公司	黔械注准20192090114《隔物灸贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240163	生产环节

SCY240164	医用外科口罩	贵州高澄医疗器械有限公司	平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm	202309001	贵州高澄医疗器械有限公司	黔械注准20202140047《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240164	生产环节
SCY240165	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格：0.9mm 型号：B型	批20230829	黔东南苗族侗族自治州人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240165	使用环节
SCY240166	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7x24TWLB	20240308	黔东南苗族侗族自治州人民医院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240166	使用环节
SCY240167	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.6×24TWLB	批202403021	国药控股黔东南州医药有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240167	经营环节
SCY240168	一次性使用无菌针灸针	贵州安迪医疗设备有限公司	Φ0.25×25mm 平柄针	P231026	纳雍县中医医院	黔械注准20202270002《一次性使用无菌针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240168	使用环节
SCY240169	丝线编织非吸收性缝线	强生（中国）医疗器械有限公司	SA87G 1(4 METRIC)	RC5AG	贵州百医顺医疗器械有限公司	沪械注准20202020196《丝线编织非吸收性缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240169	经营环节
SCY240170	天然橡胶胶乳男用避孕套	东洋松浦乳胶（锦州）有限公司	型号：颗粒型 规格：长度≥160mm 宽度52±2mm	303072	贵州上品保健贸易有限公司	辽械注准20172180192《天然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240170	经营环节
SCY240171	一次性使用手术衣	河南洁利康医疗用品有限公司	普通型/L号	批2022060261	重药控股黔南有限公司	豫械注准20172640918《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240171	经营环节
SCY240172	多糖止血修复生物胶液（生物多糖冲洗胶液）	贵州金玖生物技术有限公司	100ml/冲洗用聚乙烯软袋包装型	240302	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140008《多糖止血修复生物胶液（生物多糖冲洗胶液）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240172	生产环节
SCY240173	手术止血纱	贵州金玖生物技术有限公司	4cm×6cm/标准型	240206	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140007《手术止血纱》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240173	生产环节
SCY240174	生物多糖冲洗胶液	贵州金玖生物技术有限公司	75ml	240306	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20213140013《生物多糖冲洗胶液》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240174	生产环节
SCY240175	可吸收止血纱布	贵州金玖生物技术有限公司	10cm×10cm	240303	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20183141039《可吸收止血纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240175	生产环节

SCY240176	医用水溶性润滑剂（医用润滑生物胶）	贵州金玖生物技术有限公司	10g	240301	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140006《医用水溶性润滑剂（医用润滑生物胶）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240176	生产环节
SCY240178	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm/0.7×24TWLB	批20230817	普定县人民医院	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240178	使用环节
SCY240179	定制式固定义齿	贵州鑫成医疗器械有限公司	金属烤瓷桥	HJ227252-1	贵州鑫成医疗器械有限公司	黔械注准20212170016《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240179	生产环节
SCY240180	定制式活动义齿	贵州鑫成医疗器械有限公司	铸造支架可摘局部义齿	HF236083-1	贵州鑫成医疗器械有限公司	黔械注准20212170017《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240180	生产环节
SCY240181	定制式活动义齿	贵州广鑫医疗器械有限公司	铸造支架可摘局部义齿	GX24041135	贵州广鑫医疗器械有限公司	黔械注准20222170024《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240181	生产环节
SCY240182	定制式固定义齿	贵州广鑫医疗器械有限公司	金属烤瓷桥	GX24041141	贵州广鑫医疗器械有限公司	黔械注准20222170023《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240182	生产环节
SCY240183	定制式固定义齿	贵州众基义齿科技有限公司	ZJ-GB2(金属烤瓷桥)	240406034	贵州众基义齿科技有限公司	黔械注准20202170038《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240183	生产环节
SCY240184	定制式活动义齿	贵州众基义齿科技有限公司	ZJ-HA1(铸造支架可摘局部义齿)	240408123	贵州众基义齿科技有限公司	黔械注准20202170039《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240184	生产环节
SCY240185	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.25×40mm	230802	普定县人民医院	苏械注准20162200588《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240185	使用环节
SCY240186	玻璃体温计	扬州华祥医疗器械有限公司	三角型棒式(口腔)	20230218	普定县人民医院	苏械注准20192070603《玻璃体温计》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240186	使用环节
SCY240187	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	江西洪达医疗器械集团有限公司	20mL A型斜口针1.6×32TWSB	批20240217	普定县人民医院	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240187	使用环节
SCY240188	医用真丝非吸收缝线	扬州市金环医疗器械厂	2-0	20240106	普定县中医医院	苏械注准20192020771《医用真丝非吸收缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240188	使用环节

SCY240189	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7×24TWLB/B1-5	批20230424	普定县中医医院	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240189	使用环节
SCY240190	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL /0.6mm×28.5mm TWLB	批20240115	普定县中医医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240190	使用环节
SCY240191	玻璃体温计	洪江市正兴医疗仪表厂	CR.W11/型号：三角型棒式体温计（口腔用）	/	贵州黔钜惠家佳康大药房连锁有限公司	湘械注准20172070233《玻璃体温计》	不合格		贵州省医疗器械检测中心	SCY240191	经营环节
SCY240192	天然橡胶胶乳男用避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	颗粒型；平均宽度：52mm±2mm	230312B1	贵州黔钜惠家佳康大药房连锁有限公司	粤械注准20152180305《天然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240192	经营环节
SCY240193	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	11	35Z1107	普定县人民医院	沪械注准20212020337《无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240193	使用环节
SCY240194	医用退热贴	广州德瑞康生物科技有限公司	通用型 50mm×120mm	20230201	贵州养天和福安康医药连锁有限公司	粤穗械备20210642号《医用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240194	经营环节
SCY240195	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	1mL 0.45×15RWLB	批 20231104A5	汇川齿度口腔门诊部	国械注准20153142006《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240195	使用环节
SCY240196	一次性使用无菌牙科注射针	希凯牙科工业有限公司C-K DENTAL IND. CO., LTD	30G(25mm)	3115068	汇川齿度口腔门诊部	国械注进20173140931《一次性使用无菌牙科注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240196	使用环节
SCY240197	穴位贴敷	贵州东仪医疗器械有限公司	65mm×65mm/消痛型	20240302	贵州东仪医疗器械有限公司	黔械注准20222090011《穴位贴敷》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240197	生产环节
SCY240198	定制式活动义齿	贵阳新洋诚义齿有限公司	树脂基托可摘局部义齿	S2403423	贵阳新洋诚义齿有限公司	黔械注准20202170033《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240198	生产环节
SCY240199	定制式固定义齿	贵阳新洋诚义齿有限公司	全瓷冠	S2401475	贵阳新洋诚义齿有限公司	黔械注准20202170032《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240199	生产环节
SCY240200	定制式固定义齿	贵阳德臻朗朗科技有限公司	全瓷冠	2404180020	贵阳德臻朗朗科技有限公司	黔械注准20212170049《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240200	生产环节

SCY240201	定制式活动义齿	贵阳德臻朗朗科技有限公司	铸造活动支架	2404170053	贵阳德臻朗朗科技有限公司	黔械注准20212170050《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240201	生产环节
SCY240202	定制式固定义齿	贵阳恒昌义齿制作有限公司	金属烤瓷桥	Z2404011110	贵阳恒昌义齿制作有限公司	黔械注准20202170043《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240202	生产环节
SCY240203	定制式活动义齿	贵阳恒昌义齿制作有限公司	铸造支架可摘局部义齿	B2404125037	贵阳恒昌义齿制作有限公司	黔械注准20202170044《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240203	生产环节
SCY240204	一次性使用医用橡胶检查手套	扬州洋生医药科技有限公司	6.5/小号	20231220	安顺市平坝区人民医院	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240204	使用环节
SCY240205	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	60mm×80mm×8p/II型	262402003	安顺市平坝区人民医院	豫械注准20222140928《脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240205	使用环节
SCY240207	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE655D	220712	安顺市平坝区妇幼保健院	苏械注准20202071574《臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240207	使用环节
SCY240208	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7×24TWLB/B1-1	批20230619	安顺市平坝区妇幼保健院	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240208	使用环节
SCY240209	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械有限公司	规格：中号;型号：轴转式	批240104	安顺市平坝区妇幼保健院	赣械注准20162180033《一次性使用无菌阴道扩张器产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240209	使用环节
SCY240214	医用防护口罩	新乡市大方医疗器械制造有限公司	折叠型	2211072901	平塘顺百年医院	豫械注准20172641027《医用防护口罩》	不合格	无菌	贵州省医疗器械检测中心	SCY240214	使用环节

附表1:

贵州省药品监督管理局医疗器械质量公告（2024年第2期）（符合规定）

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/编号	被抽样单位	检验依据	检验结果	不合格项目	检验机构	报告编号	备注
1	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml 0.6×25 TWLB	批20231201	关岭布依族苗族自治县人民医院	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240013	
2	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL	批20230421	都匀市人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240017	
3	医用纱布敷料	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	8cm×8cm×8层/纱布块	20231114	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140041《医用纱布敷料》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240021	
4	医用外科口罩	贵州天使医疗器械有限公司	平面形 GR17cm×10cm	20231212	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20172140023《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240029	
5	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 10mL 0.7×31mmTWLB	批20230404	贵州鸿赫医疗设备有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240031	
6	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B型 0.9×26.5TWLB	批20230912	遵义市第一人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240053	
7	橡胶外科手套	江西恒生实业有限公司	型号：有粉表面/部分纹理或全面纹理/已灭菌；规格：6.5	20230915	凯里市悦美新生医疗美容有限公司	赣械注准20172140208《橡胶外科手套产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240054	
8	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45mm×15.5mm	批20231106	凯里市第一人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240055	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
9	一次性使用灭菌橡胶外科手套	河南省奥邦医疗器械有限公司	7 弯曲手指/麻面	20220914	六盘水市第三人民医院	豫械注准20192140536《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240061	
10	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5mm TWLB	批20231207	六盘水市第三人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240062	
11	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231209	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240063	
12	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230829	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	赣械注准20172180193《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240064	
13	医用退热贴	东莞市紫欣医疗器械科技有限公司	ZX11040T 1贴/ 袋×4袋/盒	20230103	黔西南州四维医药连锁有限公司	粤东械备20180015号《医用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240065	
14	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.7×24TWLB	批20230821	贵州鸿瑞医疗器械有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240066	
15	一次性使用灭菌橡胶外科手套	江苏省永宁医疗器械有限公司	6.5	20221120	贵州鸿瑞医疗器械有限公司	苏械注准20182660161《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240067	
16	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.45×15.5 RW LB	批20231122	黔西南州亿力医疗器械有限公司	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240068	
17	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20230418	黔西南州亿力医疗器械有限公司	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240069	
18	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	10ml-0.7×30 TW LB	批231116	黔药控股毕节有限公司	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240070	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
19	一次性使用无菌注射针	江苏长城医疗器械有限公司	0.45×16RWSB (26G)	20230406	凯里市悦美新生医疗美容有限公司	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240071	
20	一次性使用灭菌橡胶外科手套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	7码 有粉 弯型/麻面	22A8126E0	新蒲康兴医院	粤械注准20172140158《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240072	
21	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.7×24TWLB	批20230923	铜仁华夏医院有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240073	
22	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5TWLB	批20231231	铜仁华夏医院有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240074	
23	一次性使用灭菌橡胶外科手套	委托生产方：上海科邦医用乳胶器材有限公司 受托生产方：江西科邦医用乳胶器材有限公司	型号：无粉表面 规格：7	2303153D	铜仁华夏医院有限公司	沪械注准20192140522《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240075	
24	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20231017	铜仁市第二人民医院	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240076	
25	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.45×15.5RWLB	批20230702	铜仁市第二人民医院	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240077	
26	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B型 0.9×26.5TWLB	批20230915	铜仁市第二人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240078	
27	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械有限公司	型号：轴转式；规格：中号	批231206	六盘水安琪儿妇产医院	赣械注准20162180033《一次性使用无菌阴道扩张器产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240079	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
28	一次性使用产包	江西松鹤医疗器械有限公司	A型	20231102	六盘水安琪儿妇产医院	赣械注准20202140447《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240080	
29	一次性使用手术衣	河南省百亚医疗器械有限公司	中号	22401008	贵阳市公共卫生救治中心	豫械注准20212140648《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240082	
30	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	批20230721	贵阳市第三人民医院	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240083	
31	一次性使用输液器带针	上海金塔医用器材有限公司	JT-ZIS-1 C1 0.55×19 RW LB	20230801	贵阳市第三人民医院	国械注准20173140954《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240084	
32	医用防护口罩	河南吉合医疗器械有限公司	无菌折叠耳挂式	2022121515	贵州省黔济医药连锁有限公司	豫械注准20202142065《医用防护口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240085	
33	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6×32TWSB	批20240122	贵州中卫医药有限公司	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240086	
34	一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles	Shinhung Co., Ltd株式会社新 兴	30G SHINJECT 30G S 21mm	230708	六盘水戴氏口腔医院	国械注进20173141666《一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240087	
35	一次性使用手术衣	新乡市康民卫材开发有限公司	小号	231202118	六盘水市钟山区人民医院	豫械注准20222140552《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240088	
36	一次性使用医用橡胶检查手套	山东蓝帆新材料有限公司	无粉、麻面中号（M）	23090001	六盘水钟山朗朗口腔门诊有限公司	鲁械注准20172140756《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240091	
37	一次性使用无菌溶药注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL 1.2mm (1.2×33TWCZ)	批20240211	贵阳市第六医院有限公司	鲁械注准20142140076《一次性使用无菌溶药注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240092	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
38	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml 0.6mm (0.6×25TWLB)	批20231011	贵阳市第六医院有限公司	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240093	
39	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 50mL 1.6×32mm TWSB	批20231214	黔西林东医院	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240094	
40	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230603	黔西华洋医用设备服务有限公司	赣械注准20172180193《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240095	
41	非吸收性外科缝线	扬州富达医疗器械有限公司	60cm×15根/3-0	20220506	大方南方医院	苏械注准20192020931《非吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240096	
42	医用外科口罩	新乡市华康卫材有限公司	9.5cm×17.5cm/无菌平面挂耳型	23120507	贵阳华美医院有限公司	豫械注准20212142062《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240097	
43	医用外科口罩	新乡市华康卫材有限公司	9.5cm×17.5cm/无菌平面系带型	23081598	黔西林东医院	豫械注准20212142062《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240098	
44	医用缝合针	巢湖市宾雄医疗器械有限公司	○ 1/2 7×17	422106101	六盘水贵方医疗科技有限公司	皖械注准20202020407《医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240099	
45	一次性使用袋式输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号: B1、规格: 250mL	批20231127	大方南方医院	国械注准20193141760《一次性使用袋式输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240102	
46	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	∅ 0.35×60mm	233020	六盘水贵方医疗科技有限公司	苏械注准20162200970《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240103	
47	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7×31TWLB	批20230202	六盘水三特医药有限责任公司	国械注准20173144246《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240104	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
48	玻璃体温计	东阿阿华医疗科 技有限公司	内标式（腋下） （大规格）	24012705	六盘水三特 医药有限责 任公司	鲁械注准20162070251《玻 璃体温计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240105	
49	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	配针规格：0.9mm 型号：B型	批20230317	金沙林东医 院	国械注准20173104574《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240106	
50	一次性使用配药注 射器	河南曙光汇知康 生物股份有 限公司	20ml-1.6×30(斜 面针)	批231229	百里杜鹃鹏 程医院	豫械注准20212140851《一 次性使用配药注射器》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240107	
51	一次性使用无菌注 射器 带针	河南曙光汇知康 生物股份有 限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231224	百里杜鹃鹏 程医院	国械注准20153140686《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240108	
52	丙氨酸氨基转移酶 测定试剂盒（丙氨 酸底物法）	贵州普洛迈德生 物工程有限公司	试剂：R1:40ml×1 R2:10ml×1	24012601	贵州普洛迈 德生物工 程有限公司	黔械注准20162400030《丙 氨酸氨基转移酶测定试剂 盒（丙氨酸底物法）》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240109	
53	总胆汁酸测定试剂 盒（酶循环法）	贵州普洛迈德生 物工程有限公司	试剂：R1： 45ml×1 R2： 15ml×1 校准品：1ml	23120503	贵州普洛迈 德生物工 程有限公司	黔械注准20162400044《总 胆汁酸测定试剂盒（酶循 环法）》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240110	
54	尿素测定试剂盒 （尿素酶-谷氨酸 脱氢酶法）	贵州普洛迈德生 物工程有限公司	试剂：R1： 40ml×1 R2： 10ml×1 校准品：1ml	24030401	贵州普洛迈 德生物工 程有限公司	黔械注准20162400051《尿 素测定试剂盒（尿素酶-谷 氨酸脱氢酶法）》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240111	
55	无菌医用缝合针	上海浦东金环医 疗用品股份有 限公司	TJ-1-820 ▲1/2 8×20	20Z1018J	金沙林东医 院	沪械注准20212020336《无 菌医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240112	
56	一次性使用医用橡 胶检查手套	贵州名凯医疗器 械有限公司	规格：中号M 型号：麻面无粉	20230219	贵州名凯医 疗器械有 限公司	GB10213-2006《一次性使 用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240114	
57	一次性使用灭菌橡 胶外科手套	贵州名凯医疗器 械有限公司	规格：7 型号：弯 曲手指/纹理/无粉	20230304	贵州名凯医 疗器械有 限公司	黔械注准20222140065《一 次性使用灭菌橡胶外科手 套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240115	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
58	医用外科口罩	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	17.5cm×9.5cm / 平面型耳挂式	20231209	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140042《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240116	
59	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	S(6.5)麻面有粉	20231017	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240117	
60	定制式活动义齿	贵州精艺牙科技术有限公司	铸造支架可摘局部义齿	2403180063	贵州精艺牙科技术有限公司	黔械注准20222170048《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240118	
61	定制式固定义齿	贵州精艺牙科技术有限公司	金属烤瓷桥	2403220027	贵州精艺牙科技术有限公司	黔械注准20222170047《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240119	
62	医用防护服	贵州天使医疗器材有限公司	连身式 185	20220930	贵州天使医疗器材有限公司	黔械注准20202140018《医用防护服》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240120	
63	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海南维力医疗科技开发有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20230617	织金县人民医院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240121	
64	医用棉签	委托生产方：贵州益思达医疗科技集团有限责任公司 受托生产方：湖南永康医疗器械有限公司	20cm /A型	20230920	贵州益思达医疗科技集团有限责任公司	黔械注准20222140040《医用棉签》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240122	
65	一次性使用产包	河南省安邦卫材有限公司	/	E311232	织金县人民医院	豫械注准20212141984《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240123	
66	一次性使用无菌产包	贵州骏江实业有限公司	V型	202401020	遵义市妇幼保健院	黔械注准20222140029《一次性使用无菌产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240124	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
67	一次性使用配药用注射器	四川普瑞斯生物科技有限公司	RYQ 50mL	23092501	遵义市妇幼保健院	川械注准20192140097《一次性使用配药用注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240125	
68	一次性使用手术衣	贵州天使医疗器械有限公司	120cm×60cm	20240203	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20182140033《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240128	
69	一次性使用无菌橡胶外科手套	贵州天使医疗器械有限公司	6.5: 小号(S)/麻面 有粉表面	20240205	贵州天使医疗器械有限公司	黔械注准20212140011《一次性使用无菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240129	
70	一次性使用橡胶检查手套	贵州天使医疗器械有限公司	6.5: 小号(S)/麻面 有粉表面	20240118	贵州天使医疗器械有限公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240130	
71	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45×15.5mm RWLB	批20230318	福泉黔城医院有限责任公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240131	
72	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	偏头式 20mL 1.2×32mm TWLB	批20231016	福泉立和医院有限公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240132	
73	一次性使用配药注射器 带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6mm 32mm	批20231025	福泉立和医院有限公司	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器 带针(无菌溶药器)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240133	
74	一次性使用乳胶导尿管	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20221114	福泉明仁医院(普通合伙)	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240134	
75	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	∅ 0.35×75mm	233098	福泉明仁医院(普通合伙)	苏械注准20162200970《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240135	
76	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.55×19RWLB	批20231229	福泉贵泉医院有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240136	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
77	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.35×75mm	221002	贵阳白志祥 骨科医院	苏械注准20162200588《针 灸针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240137	
78	一次性使用无菌注 射器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5mm TWLB	20231202	六盘水市钟 山区妇幼保 健院	国械注准20193141735《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240139	
79	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有 限公司	6cm×8cm× 8	202307020	福泉黔城医 院有限责任 公司	黔械注准20222140016《医 用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240140	
80	一次性使用无菌注 射器 带针	河南曙光汇知康 生物科技股份 有限公司	5ml-0.6×25 TW LB	批231124	新蒲康华医 院	国械注准20153140686《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240141	
81	无菌手术刀片	上海联辉医疗用 品有限公司	23 (T10A碳钢)	2Y1101	贵州东迈医 疗器械有限 公司	沪械注准20192020032《无 菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240142	
82	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	规格: 0.9mm 型 号: A型	批20231204	贵州东迈医 疗器械有限 公司	国械注准20173104574《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240143	
83	远红外乳腺增生贴	贵州康琦药械有 限公司	50mm×70mm	2023120201	贵州康琦药 械有限公司	黔械注准20202090009《远 红外乳腺增生贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240144	
84	远红外平喘止咳贴	贵州康琦药械有 限公司	50mm×70mm	2024020309	贵州康琦药 械有限公司	黔械注准20202090008《远 红外平喘止咳贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240145	
85	远红外行气通便贴	贵州康琦药械有 限公司	70mm×100mm	2023110105	贵州康琦药 械有限公司	黔械注准20202090005《远 红外行气通便贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240146	
86	远红外小儿保脐贴	贵州康琦药械有 限公司	40mm×40mm	20230901	贵州康琦药 械有限公司	黔械注准20202090010《远 红外小儿保脐贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240147	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
87	远红外活络止痛贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024020105	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090006《远红外活络止痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240148	
88	远红外腰痛贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024010105	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090011《远红外腰痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240149	
89	远红外颈椎康贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024010104	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090007《远红外颈椎康贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240150	
90	远红外风湿贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024030101	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090003《远红外风湿贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240151	
91	远红外止咳平喘贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	30mm×40mm	2024020104	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090083《远红外止咳平喘贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240152	
92	远红外理气清肠贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	60mm×80mm	2024020201	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090082《远红外理气清肠贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240153	
93	远红外伤痛活络贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	70mm×100mm	2024020105	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090078《远红外伤痛活络贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240154	
94	远红外小儿腹泻贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	40mm×40mm	2024010101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090084《远红外小儿腹泻贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240155	
95	远红外乳腺增生贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	40mm×50mm	2024030101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090085《远红外乳腺增生贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240156	
96	医用脱脂纱布块	河南省运达医疗器械有限公司	10×10×8	23010602	新蒲康华医院	豫械注准20192140008《医用脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240157	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
97	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	8cm×10cm× 8	202311019	重药控股黔南有限公司	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240158	
98	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	23 (T10A碳钢)	2Y0812	纳雍县中医医院	沪械注准20192020032《无菌手术刀片医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240159	
99	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格: 0.9mm 型号: B型	批20230130	纳雍县人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240160	
100	一次性使用无菌注射器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	1ml-0.45×16 RWLB	批230930	纳雍县人民医院	国械注准20153140686《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240161	
101	隔物灸贴	贵州良济医疗器械有限公司	护翼型: 76mm×100mm (II型)	20231102	贵州良济医疗器械有限公司	黔械注准20192090114《隔物灸贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240163	
102	医用外科口罩	贵州高澄医疗器械有限公司	平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm	202309001	贵州高澄医疗器械有限公司	黔械注准20202140047《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240164	
103	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格: 0.9mm 型号: B型	批20230829	黔东南苗族侗族自治州人民医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240165	
104	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7x24TWLB	20240308	黔东南苗族侗族自治州人民医院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240166	
105	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.6×24TWLB	批202403021	国药控股黔东南州医药有限公司	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240167	
106	一次性使用无菌针灸针	贵州安迪医疗设备有限公司	Φ0.25×25mm 平柄针	P231026	纳雍县中医医院	黔械注准20202270002《一次性使用无菌针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240168	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
107	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	SA87G 1(4 METRIC)	RC5AG	贵州百医顺医疗器械有限公司	沪械注准20202020196《丝线编织非吸收性缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240169	
108	天然橡胶胶乳男用避孕套	东洋松浦乳胶(锦州)有限公司	型号:颗粒型 规格:长度≥160mm 宽度52±2mm	303072	贵州上品保健贸易有限公司	辽械注准20172180192《天然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240170	
109	一次性使用手术衣	河南洁利康医疗用品有限公司	普通型/L号	批2022060261	重药控股黔南有限公司	豫械注准20172640918《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240171	
110	多糖止血修复生物胶液(生物多糖冲洗胶液)	贵州金玖生物技术有限公司	100ml/冲洗用聚氯乙烯软袋包装型	240302	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140008《多糖止血修复生物胶液(生物多糖冲洗胶液)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240172	
111	手术止血纱	贵州金玖生物技术有限公司	4cm×6cm/标准型	240206	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140007《手术止血纱》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240173	
112	生物多糖冲洗胶液	贵州金玖生物技术有限公司	75ml	240306	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20213140013《生物多糖冲洗胶液》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240174	
113	可吸收止血纱布	贵州金玖生物技术有限公司	10cm×10cm	240303	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20183141039《可吸收止血纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240175	
114	医用水溶性润滑剂(医用润滑生物胶)	贵州金玖生物技术有限公司	10g	240301	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140006《医用水溶性润滑剂(医用润滑生物胶)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240176	
115	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm/0.7×24TWL B	批20230817	普定县人民医院	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240178	
116	定制式固定义齿	贵州鑫成医疗器械有限公司	金属烤瓷桥	HJ227252-1	贵州鑫成医疗器械有限公司	黔械注准20212170016《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240179	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
117	定制式活动义齿	贵州鑫成医疗器械有限公司	铸造支架可摘局部义齿	HF236083-1	贵州鑫成医疗器械有限公司	黔械注准20212170017《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240180	
118	定制式活动义齿	贵州广鑫医疗器械有限公司	铸造支架可摘局部义齿	GX24041135	贵州广鑫医疗器械有限公司	黔械注准20222170024《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240181	
119	定制式固定义齿	贵州广鑫医疗器械有限公司	金属烤瓷桥	GX24041141	贵州广鑫医疗器械有限公司	黔械注准20222170023《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240182	
120	定制式固定义齿	贵州众基义齿科技有限公司	ZJ-GB2(金属烤瓷桥)	240406034	贵州众基义齿科技有限公司	黔械注准20202170038《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240183	
121	定制式活动义齿	贵州众基义齿科技有限公司	ZJ-HA1(铸造支架可摘局部义齿)	240408123	贵州众基义齿科技有限公司	黔械注准20202170039《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240184	
122	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.25×40mm	230802	普定县人民医院	苏械注准20162200588《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240185	
123	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	20mL A型斜口针 1.6×32TWSB	批20240217	普定县人民医院	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240187	
124	医用真丝非吸收缝线	扬州市金环医疗器械厂	2-0	20240106	普定县中医医院	苏械注准20192020771《医用真丝非吸收缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240188	
125	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7×24TWLB/B1-5	批20230424	普定县中医医院	国械注准20193141756《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240189	
126	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL /0.6mm×28.5mm TWLB	批20240115	普定县中医医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240190	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
127	天然橡胶胶乳男用 避孕套	茂名市江源乳胶 制品有限公司	颗粒型；平均宽 度：52mm±2mm	230312B1	贵州黔钜惠 家佳康大药 房连锁有限 公司	粤械注准20152180305《天 然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240192	
128	无菌手术刀片	上海浦东金环医 疗用品股份有 限公司	11	35Z1107	普定县人民 医院	沪械注准20212020337《无 菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240193	
129	医用退热贴	广州德瑞康生物 科技有限公司	通用型 50mm×120mm	20230201	贵州养天和 福安康医药 连锁有限公 司	粤穗械备20210642号《医 用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240194	
130	一次性使用无菌注 射器 带针	江西科伦医疗器 械制造有限公司	1mL 0.45×15RWLB	批20231104A5	汇川齿度口 腔门诊部	国械注准20153142006《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240195	
131	一次性使用无菌牙 科注射针	希凯牙科工业有 限公司C-K DENTAL IND. CO., LTD	30G (25mm)	3115068	汇川齿度口 腔门诊部	国械注进20173140931《一 次性使用无菌牙科注射针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240196	
132	穴位贴敷	贵州东仪医疗器 械有限公司	65mm×65mm/消 痛型	20240302	贵州东仪医 疗器械有限 公司	黔械注准20222090011《穴 位贴敷》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240197	
133	定制式活动义齿	贵阳新洋诚义齿 有限公司	树脂基托可摘局部 义齿	S2403423	贵阳新洋诚 义齿有限公 司	黔械注准20202170033《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240198	
134	定制式固定义齿	贵阳新洋诚义齿 有限公司	全瓷冠	S2401475	贵阳新洋诚 义齿有限公 司	黔械注准20202170032《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240199	
135	定制式固定义齿	贵阳德臻朗朗科 技有限公司	全瓷冠	2404180020	贵阳德臻朗 朗科技有限 公司	黔械注准20212170049《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240200	
136	定制式活动义齿	贵阳德臻朗朗科 技有限公司	铸造活动支架	2404170053	贵阳德臻朗 朗科技有限 公司	黔械注准20212170050《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240201	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
137	定制式固定义齿	贵阳恒昌义齿制 作有限公司	金属烤瓷桥	Z2404011110	贵阳恒昌义 齿制作用有 限公司	黔械注准20202170043《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240202	
138	定制式活动义齿	贵阳恒昌义齿制 作有限公司	铸造支架可摘局部 义齿	B2404125037	贵阳恒昌义 齿制作用有 限公司	黔械注准20202170044《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240203	
139	一次性使用医用橡 胶检查手套	扬州洋生医药科 技有限公司	6.5/小号	20231220	安顺市平坝 区人民医院	GB10213-2006《一次性使 用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240204	
140	脱脂纱布块	河南亚太医疗用 品有限公司	60mm×80mm×8p/I I型	262402003	安顺市平坝 区人民医院	豫械注准20222140928《脱 脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240205	
141	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司	YE655D	220712	安顺市平坝 区妇幼保健院	苏械注准20202071574《臂 式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240207	
142	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	0.7×24TWLB/B1-1	批20230619	安顺市平坝 区妇幼保健院	国械注准20193141756《一 次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240208	
143	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌翔翊医疗器 械有限公司	规格：中号；型 号：轴转式	批240104	安顺市平坝 区妇幼保健院	赣械注准20162180033《一 次性使用无菌阴道扩张器 产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240209	
144	医用棉球	河南亚太医疗用 品有限公司	中号	302308002	安顺市平坝 区人民医院	豫械注准20182140770《医 用棉球》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240206	
145	一次性使用无菌注 射器 带针	河南曙光汇知康 生物股份有限 公司	2.5ml-0.5×20 RW LB	批231226	贵州中医药 大学第二附 属医院	国械注准20153140686《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240210	
146	无菌手术刀片	上海联辉医疗用 品有限公司	23 (T10A碳钢)	2X0801	平塘东方丽 人医院	沪械注准20192020032《无 菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240211	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
147	带线缝合针	宁波市成和显微器械厂	5-0 1/2弧 三角 针 3×10 45mm	23012	平塘东方丽人医院	浙械注准20182650088《带线缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240212	
148	医用缝合针	巢湖市宾雄医疗器械有限公司	组合装	2023092203	安顺市平坝区人民医院	皖械注准20202020407《医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240213	
149	一次性使用无菌阴道扩张器	湖南康怡医疗器械有限公司	轴转式 中号	20230703	平塘湘一东医院	湘械注准20162180050《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240215	
150	无菌手术刀片	苏州施莱医疗器械有限公司	#22/碳钢	M1398	贵州瑞丰医药有限公司	苏械注准20162021476《无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240216	
151	一次性使用润滑导尿管	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔标准型12Fr	20231024	贵州海瑞医疗器械有限公司	粤械注准20172141846《一次性使用润滑导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240217	
152	医用真丝非吸收缝合线	扬州市金环医疗器械厂	0	20230106	平塘湘一东医院	苏械注准20192020771《医用真丝非吸收缝合线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240218	
153	医用纱布敷料	南昌振丰医疗器械有限公司	B1型 8×10×8	2023年6月22日	红花岗坪桥医院	赣械注准20152140234《医用纱布敷料产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240219	
154	一次性使用无菌注射器 带针	常州悦康医疗器械有限公司	1.2×30mmTWLB 10mL	20230826	红花岗坪桥医院	国械注准20153141632《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240220	
155	医用退热贴	河南羚锐制药股份有限公司	50mm×120mm	231113	贵州桐欣缘医药有限公司	豫信械备20140002号《医用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240221	
156	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6mm	批20231213	上药控股黔东南有限公司	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240222	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
157	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.30×60mm	220102	黔药控股黔东南有限公司	苏械注准20162200588《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240223	
158	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗器械股份有限公司	4-0 90cm ▼1/2 6×15 24mm	18Z0807BJ	黔药控股黔东南有限公司	国械注准20173024097《可吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240224	
159	医用防护口罩	江西美格尔医疗设备有限公司	MYM N95（折叠式）；长轴15.5cm×短轴10.5cm。	20228212050	贵州宝昱九州医疗供应链有限公司	赣械注准20202140588《医用防护口罩产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240225	
160	医用缝合针	杭州爱普医疗器械股份有限公司	○ 1/2 10×28	T69828	贵州科信医药器械有限公司	浙械注准20162020173《医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240226	
161	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5TWLB	批20231023	雷山县妇幼保健院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240227	
162	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230706	黄平县人民医院	赣械注准20172180193《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240228	
163	一次性使用手术衣	南昌市通达医疗器械有限公司	A型 中号	20231002	黄平县人民医院	赣械注准20202140425《一次性使用手术衣产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240229	
164	定制式活动义齿	贵州安桥医疗器械有限公司	树脂基托可摘局部义齿	240425039	贵州安桥医疗器械有限公司	黔械注准20212170078《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240230	
165	定制式固定义齿	贵州安桥医疗器械有限公司	金属烤瓷冠	240425040	贵州安桥医疗器械有限公司	黔械注准20212170077《定制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240231	
166	定制式活动义齿	贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司	铸造支架可摘局部义齿	2404150072	贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司	黔械注准20222170002《定制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240232	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
167	定制式固定义齿	贵阳派瑞义齿 医疗器械有限公司	金属烤瓷桥	2404120036	贵阳派瑞义 齿医疗器械 有限公司	黔械注准20222170001《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240233	
168	天然橡胶胶乳男用 避孕套	广州万方健医药 有限公司	表面型 标称宽 度: 52mm	ACHA3071	贵州恒基医 药有限公司	粤械注准20182180489《天 然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240234	
169	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	B1-5 0.6×24TWLB	批202401091	遵义市汇川 区松林镇中 心卫生院	国械注准20193141756《一 次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240235	
170	医用外科口罩	稳健平安医疗科 技(湖南)有限 公司	平面挂耳式 17.5cm×9.5cm	批20221110	贵州多彩大 健康医药产 业有限公司	湘械注准20202140472《医 用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240236	
171	医用退热贴	佛山高臣药业股 份有限公司	120mm×50mm	20230102	贵州多彩大 健康医药产 业有限公司	粤禅械备20140058号《医 用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240237	
172	定制式固定义齿	贵州永美健医疗 器械有限公司	金属烤瓷冠	202208160027	贵州永美健 医疗器械有 限公司	黔械注准20212170018《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240238	
173	定制式活动义齿	贵州永美健医疗 器械有限公司	铸造活动支架	202308210287	贵州永美健 医疗器械有 限公司	黔械注准20212170019《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240239	
174	定制式固定义齿	贵州华瑞美义齿 有限公司	全瓷桥	2405020027	贵州华瑞美 义齿有限公 司	黔械注准20182630005《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240240	
175	定制式活动义齿	贵州华瑞美义齿 有限公司	弯制支架可摘局部 义齿	2404070048	贵州华瑞美 义齿有限公 司	黔械注准20182630004《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240241	
176	定制式固定义齿	贵州美洁如义齿 科技有限公司	全瓷冠	D240430065	贵州美洁如 义齿科技有 限公司	黔械注准20182170003《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240242	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
177	定制式活动义齿	贵州美洁如义齿 科技有限公司	铸造支架可摘局部 义齿	D240504079	贵州美洁如 义齿科技有 限公司	黔械注准20182170002《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240243	
178	定制式活动义齿	贵州瑞丰诺尔医 疗器械有限公司	树脂基托可摘局部 义齿	2404180161	贵州瑞丰诺 尔医疗器械 有限公司	黔械注准20222170061《定 制式活动义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240244	
179	定制式固定义齿	贵州瑞丰诺尔医 疗器械有限公司	金属烤瓷桥	2404180160	贵州瑞丰诺 尔医疗器械 有限公司	黔械注准20222170060《定 制式固定义齿》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240245	
180	脱脂棉球	南昌市雷意医疗 器械有限公司	中 B	/	遵义市汇川 区松林镇中 心卫生院	赣洪械备20140091号《脱 脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240246	
181	臂式电子血压计	广州爱芯达电子 有限公司	AXD-814	20240125305	贵州斛康药 业连锁有限 公司	粤械注准20172070699《臂 式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240247	
182	一次性使用静脉营 养输液袋	上海金塔医用器 材有限公司	JT-EYS-3500 0.7×24 TWLB	20231228	赫章县人民 医院	国械注准20153140321《一 次性使用静脉营养输液袋 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240248	
183	一次性使用无菌手 术衣	河南省久特医疗 科技有限公司	中号	2024012301	毕节市七星 关区妇幼保 健院	豫械注准20222140515《一 次性使用无菌手术衣》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240249	
184	一次性使用输液器 带针	稳健平安医疗科 技(湖南)有限 公司	A4 0.7×24TW LB	批20240412	毕节市七星 关区妇幼保 健院	国械注准20183141589《一 次性使用输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240250	
185	一次性使用无菌溶 药器 带针	稳健平安医疗科 技(湖南)有限 公司	1.6×31TWXZ 20mL	批20221223	绥阳铭诚医 院	湘械注准20182660007《一 次性使用无菌溶药器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240251	
186	非吸收性外科缝线	威海威高富森医 用材料有限公司	#2 75cm EC3402-75 角针 11×25 ▽40mm 1/2弧	20230811	贵州科信医 药器械有限 公司	鲁械注准20152020252《非 吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240252	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
187	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	进气式(普通) 0.7×22.5mmTWLB 单翼	批20230701	上药控股黔东南有限公司	国械注准20173141051《一次性使用输液器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240253	
188	哮喘理疗贴	贵州苗通药业有限公司	65mm×65mm, 贴片 直径: 40mm±5mm	240410	贵州苗通药业有限公司	黔械注准20192090054《哮喘理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240254	
189	儿童感冒咳嗽理疗贴	贵州苗通药业有限公司	65mm×65mm, 贴片 直径: 35mm	240105	贵州苗通药业有限公司	黔械注准20192090055《儿童感冒咳嗽理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240255	
190	体痛穴位贴(穴位 贴敷贴)	贵州苗通药业有限公司	95mm×115mm	240501	贵州苗通药业有限公司	黔械注准20192090056《体痛穴位贴(穴位贴敷贴)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240256	
191	远红外腰痛贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090063《远红外腰痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240257	
192	远红外骨质增生贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090058《远红外骨质增生贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240258	
193	远红外风湿关节炎 痛贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090061《远红外风湿关节炎痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240259	
194	远红外跌打损伤贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090059《远红外跌打损伤贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240260	
195	远红外颈椎病康复 贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090057《远红外颈椎病康复贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240261	
196	腰椎康复贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B 型	240401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090062《腰椎康复贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240262	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
197	远红外风湿关节炎 痛贴	贵州苗药药业有 限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240401	贵州苗药药 业有限公司	黔械注准20192090061《远 红外风湿关节炎痛贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240263	
198	远红外骨质增生贴	贵州苗药药业有 限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240401	贵州苗药药 业有限公司	黔械注准20192090058《远 红外骨质增生贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240264	
199	远红外颈椎病康复 贴	贵州苗药药业有 限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240302	贵州苗药药 业有限公司	黔械注准20192090057《远 红外颈椎病康复贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240265	
200	远红外腰痛贴	贵州苗药药业有 限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240302	贵州苗药药 业有限公司	黔械注准20192090063《远 红外腰痛贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240266	
201	远红外小儿腹痛理 疗贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240401	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090058《远 红外小儿腹痛理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240267	
202	远红外肩周炎理疗 贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240301	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090063《远 红外肩周炎理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240268	
203	远红外颈椎理疗贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240202	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090062《远 红外颈椎理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240269	
204	远红外跌打伤痛理 疗贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240302	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090061《远 红外跌打伤痛理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240270	
205	远红外风湿理疗贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240303	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090064《远 红外风湿理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240271	
206	远红外骨质增生 理疗贴	贵州心意药业有 限责任公司	70mm×70mm	240402	贵州心意药 业有限责任 公司	黔械注准20212090057《 远红外骨质增生理疗贴》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240272	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
207	一次性使用灭菌橡胶外科手套	贵州骏江实业有限公司	7.0# /麻面 无粉	202403004	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20192140064《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240273	
208	一次性使用医用外科口罩	贵州骏江实业有限公司	挂耳式 /17cm×10cm	202403034	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140022《一次性使用医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240274	
209	一次性使用手术衣	贵州骏江实业有限公司	120cm×60cm B型 /标准型	202403009	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140017《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240275	
210	医用脱脂棉	贵州骏江实业有限公司	500g	202308025	上药控股六盘水有限公司	黔兴械备20150016号《医用脱脂棉》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240276	
211	医用脱脂纱布	遵义联盟医用器材有限公司	200g	230215	贵州斯瑞医药有限责任公司	黔械注准20192140113《医用脱脂纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240277	
212	医用脱脂棉	徐州利尔康卫生材料有限公司	500克	20231003	贵州斯瑞医药有限责任公司	苏徐械备20220048《医用脱脂棉》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240278	
213	一次性使用手术衣	河南省安邦卫材有限公司	小号/褂式	T3081218	安顺市妇幼保健院	豫械注准20202140654《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240279	
214	一次性使用产包	河南省安邦卫材有限公司	/	E402012	安顺市妇幼保健院	豫械注准20212141984《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240280	
215	一次性使用乳胶导尿管	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20240126	安顺市妇幼保健院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240281	
216	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	IS-G 0.7×25TW LB	24010201	遵义医科大学第二附属医院	国械注准20183141663《一次性使用输液器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240282	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
217	一次性使用静脉营养输液袋	江苏康进医疗器械有限公司	VN-3000 B-2	20240116	遵义医科大学第二附属医院	国械注准20173144098《一次性使用静脉营养输液袋》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240283	
218	远红外肩周炎痛贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	240401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090060《远红外肩周炎痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240284	
219	远红外跌打损伤贴	贵州苗药药业有限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090059《远红外跌打损伤贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240285	
220	远红外肩周炎痛贴	贵州苗药药业有限公司	7.0cm×9.0cm/A型	240302	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090060《远红外肩周炎痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240286	
221	永磁腰痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	75mm×90mm	20240301	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090016《永磁腰痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240287	
222	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械有限公司	型号：轴转式；规格：中号	批82230219	雷山县妇幼保健院	赣械注准20162180033《一次性使用无菌阴道扩张器产品技术要求》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240288	
223	医用脱脂纱布块	河南瑞科医疗器械有限公司	I型 6cm×8cm×8	231201018	六盘水市中医医院	豫械注准20212141103《医用脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240289	
224	医用一次性防护服	山东朱氏药业集团有限公司	175cm/无菌连身式	220131M15	铜仁市众博医疗科技有限公司	鲁械注准20212140985《医用一次性防护服》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240290	
225	医用退热贴	九江捷豹药械有限公司	5cm×12cm 通用型	20230201	铜仁市康寿药业连锁有限公司	赣九械备20160003号《医用退热贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240291	
226	天然橡胶胶乳男用避孕套	武威市威乐乳胶科技有限公司	52mm, ≥160mm, 组合型, 10只/盒	Z220105	铜仁市康寿药业连锁有限公司	甘械注准20172180002《天然橡胶胶乳男用避孕套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240292	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
227	脱脂棉球	青岛海诺生物工程 有限公司	50g/袋, 0.2g	230613 D	铜仁市康寿 药业连锁有 限公司	鲁青械备20140033号《脱 脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240293	
228	天然胶乳橡胶避孕 套	青岛伦敦杜蕾斯 有限公司	标称宽度52mm	1002260865	贵州安康大 药房连锁有 限公司	鲁械注准20162180063《天 然胶乳橡胶避孕套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240294	
229	上臂式电子血压计	深圳璟泓医疗科 技有限公司	SZJH-ABPM-009L	20240310	贵州康航医 疗器械有限 公司	粤械注准20182070979《上 臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240295	
230	针灸针	苏州市华伦医疗 用品有限公司	环柄针0.35×25MM	240102	贵州康航医 疗器械有限 公司	苏械注准20162200141《针 灸针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240296	
231	一次性使用输血器 带针	河南曙光健士实 业发展有限公司	A-0.9×27 TW LB	批240326	贵州航天医 院	国械注准20163100240《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240297	
232	一次性使用乳胶导 尿管	委托生产方：广 州维力医疗器械 股份有限公司 受托生产方：海	三腔导尿管标准型 6.7mm(20Fr)30mL	20230820	国药控股医 疗器械铜仁 有限公司	粤械注准20162140874《《 一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240298	
233	一次性使用静脉营 养输液袋 带针	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	EVA-T3-500ml- 0.7×22.5TWLB	批20240101	国药控股医 疗器械铜仁 有限公司	国械注准20173143327《一 次性使用静脉营养输液袋 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240299	
234	一次性使用无菌注 射器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	偏头式 20mL 1.2×32mm TWLB	批20240227	贵州久畅医 疗器械有限 公司	国械注准20193141735《一 次性使用无菌注射器 带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240300	
235	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌市康洁医用 卫生用品有限公司	A型轴转式；中号	20240306	贵州久畅医 疗器械有限 公司	赣械注准20152180130《一 次性使用无菌阴道扩张器 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240301	
236	医用防护口罩	委托生产方：河 南驼人医疗用品 有限公司受托生 产方：河南驼人	无菌折叠头戴式 I-A型	20221201210	铜仁市众博 医疗科技有 限公司	豫械注准20212141622《医 用防护口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240302	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
237	一次性使用医用橡胶检查手套	江西恒生实业有限公司	有粉表面；规格： 小号S	20230111	铜仁市慷隆 医疗科技有 限公司	GB10213-2006《一次性使 用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240303	
238	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 30mL 1.6×32mm TWSB	批20220816	国药控股铜 仁有限公司	赣械注准20162140329《一 次性使用配药注射器带针 （无菌溶药器）》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240304	
239	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	60mm×80mm×8P 无菌型/非显影	2312CA1820	铜仁市万山 区人民医院	豫械注准20182140729《医 用脱脂纱布叠片》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240305	
240	医用棉球	河南亚都实业有限公司	中号（0.5g）5粒	2312CC1357	铜仁市万山 区人民医院	豫械注准20182140681《医 用棉球》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240306	
241	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.35×50mm	230602	铜仁市众博 医疗科技有 限公司	苏械注准20162200588《针 灸针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240307	
242	一次性使用无菌手术刀片	扬州源康医疗器械有限公司	20	20230502	贵州航天医 院	苏械注准20162020792《一 次性使用无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240308	
243	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度52.5mm	1002360443	贵州九州通 欣益天地医 药有限公司	鲁械注准20162180063《天 然胶乳橡胶避孕套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240309	
244	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	20230106	贵州九州通 欣益天地医 药有限公司	赣械注准20172180193《一 次性使用无菌阴道扩张器 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240311	
245	手臂式电子血压计	广东飞鱼医疗科技有限公司	B07	2023090110	兴义市红利 工贸有限公司	粤械注准20182071145《手 臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240312	
246	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6mm×28.5mm TWLB	批20240114	贵州惠康医 疗器械有限 公司	国械注准20193141735《一 次性使用无菌注射器带针 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240313	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
247	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式 中号	20240326	贵州省贵和天诚药业有限公司	赣械注准20172180193《一次性使用无菌阴道扩张器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240314	
248	一次性使用医用外科口罩	金士达医疗（咸宁）有限公司	耳挂式 14.5cm×9cmKSC-21-C型	202212-1	黔西南州百姓仁药业有限责任公司	鄂械注准20202142861《一次性使用医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240316	
249	一次性使用袋式输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号：B1、规格：250mL	批20240409	贵州惠康医疗器械有限公司	国械注准20193141760《一次性使用袋式输液器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240317	
250	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	23（T10A碳钢）	2Y0613	贵州惠康医疗器械有限公司	沪械注准20192020032《无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240318	
251	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	∅0.35×75mm	222130	黔西南州卫康医疗器械有限责任公司	苏械注准20162200970《针灸针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240319	
252	丝线编织非吸收性缝线	强生（中国）医疗器械有限公司	0（3.5METRIC） 15×60cm	RB4BL	黔西南州卫康医疗器械有限责任公司	沪械注准20202020196《丝线编织非吸收性缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240320	
253	一次性使用无菌注射器 带针	上海米沙瓦医科工业有限公司	5mL 0.5×38RWLB	20231110	黔西南州京州口腔医院有限责任公司	国械注准20153142150《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240321	
254	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 紫色 90mm • 1/2 7×17 27mmR316	18A0119BJ	兴义杏林肛肠专科医院有限责任公司	国械注准20173024097《可吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240322	
255	永磁骨质增生贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20240401	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090018《永磁骨质增生贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240323	
256	永磁跌打止痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20240404	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090021《永磁跌打止痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240324	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
257	永磁肩周痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20240104	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090020《永磁肩周痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240325	
258	永磁风湿关节贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20240406	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090019《永磁风湿关节贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240326	
259	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州骏江实业有限公司	7# 无粉表面	202401023	贵州骏江实业有限公司	GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240327	
260	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	5cm×7cm× 8	202401026	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240328	
261	医用脱脂棉	贵州骏江实业有限公司	5g/包	202404019	贵州骏江实业有限公司	黔兴械备20150016号《医用脱脂棉》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240329	
262	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6mm	批20231201	绥阳铭诚医院	国械注准20173144093《一次性使用静脉输液针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240330	
263	一次性使用配药用注射器	四川普瑞斯生物科技有限公司	RYQ 60mL 1.6×30TWXZ	批220815	贵州欣益康健医疗器械有限公司	川械注准20192140097《一次性使用配药用注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240331	
264	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	中元汇吉生物技术股份有限公司	R1 48mLx2 R2 12mLx2	H240101	国药控股黔西南有限公司	渝械注准20192400330《尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240332	
265	医用缝合针	上海小昱医疗器械有限公司	○1/2 9×24	230102	兴义杏林肛肠专科医院有限责任公司	沪械注准20192020430《医用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240333	
266	脱脂棉球	委托生产方：振德医疗用品股份有限公司 受托生产方：许昌振	0.5g	202306191B	贵州幸福村大药房零售连锁有限公司	浙械注准20172140720《脱脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240334	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
267	医用防护口罩	四川康馨医疗器械有限公司	折叠形耳挂式(非灭菌型) 160×105mm (±5mm)	CP0012022120 8	贵州一树大家康健药房连锁有限公司兴义市富	川械注准20222140026《医用防护口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240335	
268	玻璃体温计	洪江市正兴医疗仪表厂	CR.W11/型号:三角型棒式体温计(口腔用)	/	铜仁市慷隆医疗科技有限公司	湘械注准20172070233《玻璃体温计》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240336	
269	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	6cm×8cm×8	202303013	贵州电力医院	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240337	
270	远红外去痛贴	贵州华奥药械有限公司	C92mm×92mm	20240501	贵州华奥药械有限公司	黔械注准20212090080《远红外去痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240338	
271	远红外去痛贴	贵州华奥药械有限公司	C60mm×80mm	20240501	贵州华奥药械有限公司	黔械注准20212090080《远红外去痛贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240339	
272	远红外止咳平喘贴	贵州华奥药械有限公司	C50mm×70mm	20240501	贵州华奥药械有限公司	黔械注准20212090081《远红外止咳平喘贴》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240340	
273	医用脱脂棉球	贵州骏江实业有限公司	中号	202401002	贵州省贵康医药有限公司	黔械注准20222140026《医用脱脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240341	
274	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE655D	231109	贵州省贵康医药有限公司	苏械注准20202071574《臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240342	
275	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格:0.9mm 型号:B型	批20231123	瓮安县中医医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240343	
276	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	4-0 紫色 90cm ▼3/8 7×17 22mm	18Z0630AJ	贵州省瓮安县人民医院	国械注准20173024097《可吸收性外科缝线》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240344	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
277	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7×24 TWLB	20240320	威宁彝族回族苗族自治县人民医院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240345	
278	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式2.5mL 0.5×19.7mm RWLB	批20231102	威宁彝族回族苗族自治县人民医院	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240346	
279	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）	北京九强生物技术股份有限公司	试剂1:2×70mL 试剂2:1×35mL	24-0426	黔西市人民医院	京械注准20162400562《尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240347	
280	尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）	北京九强生物技术股份有限公司	试剂1: 6×60mL 试剂2: 2×60mL	23-1115	黔西市人民医院	京械注准20162400552《尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240348	
281	医用外科口罩	新乡市大方医疗器械制造有限公司	大号 无菌平面挂耳式	2311204804	威宁大明医院	豫械注准20172141026《医用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240349	
282	无菌手术刀片	苏州施莱医疗器械有限公司	#11 碳钢	M3306	贵州科瑞思医疗器械贸易有限公司	苏械注准20162021476《无菌手术刀片》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240350	
283	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20230616	凯里市贵邦商贸有限公司	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240351	
284	一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器）	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6×32mm TWSB	批20231220	凯里市贵邦商贸有限公司	赣械注准20162140329《一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器）》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240352	
285	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格：0.9mm 型号：B型	批20240316	贵州欣恒生医疗器械有限责任公司	国械注准20173104574《一次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240354	
286	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL 0.5×19.7mm RWLB	批20231201	贵州欣恒生医疗器械有限责任公司	国械注准20193141735《一次性使用无菌注射器 带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240355	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
287	脱脂棉球	石家庄中皓康医疗器械有限公司	I型0.1g-1.5g	20230303	贵州俊威医疗器械有限公司	冀石械备20140059号《脱脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240356	
288	拔牙钳	伟荣医疗器械海门有限公司	成人69#(F)	ZYQ231025090 1	贵州俊威医疗器械有限公司	苏通械备20190040号《拔牙钳》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240357	
289	尿酸检测试剂盒 (尿酸酶法)	中元汇吉生物技术股份有限公司	R1 48mL×2 R2 12mL×2	H240401	贵州盛一达商贸有限公司	渝械注准20192400330《尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240358	
290	尿素检测试剂盒 (脲酶-谷氨酸脱氢酶法)	中元汇吉生物技术股份有限公司	R1 48mL×2 R2 12mL×2	H240401	贵州盛一达商贸有限公司	渝械注准20192400331《尿素检测试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240359	
291	电子血压计(腕式)	可孚医疗科技股份有限公司	KF-75CPLUS	P002312075	贵州黔钜惠家佳康大药房连锁有限公司	湘械注准20162070323《电子血压计(腕式)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240360	
292	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE660D	231020	贵州黔钜惠家佳康大药房连锁有限公司	苏械注准20202071574《臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240361	
293	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有限公司	8cm×10cm×8	202403016	百里杜鹃康惠医院	黔械注准20222140016《医用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240362	
294	脱脂纱布块	华玖科技有限公司	8cm×10cm-8P	24010258	金沙县妇幼保健院	豫械注准20212140447《脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240363	
295	脱脂纱布块	河南飘安集团有限公司	6cm×8cm-8层 21×32/28×26	03240107	安顺市人民医院	豫械注准20182140864《脱脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240364	
296	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml/0.6mm(0.6x25 TWLB)	批20240501	安顺市人民医院	国械注准20163141593《一次性使用无菌注射器》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240365	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
297	一次性使用无球囊 导尿管	扬州市吉康医疗 器械有限公司	4.7mm (Fr14)	/	贵阳特佳药 品有限责任 公司	苏械注准20182660559《一 次性使用无球囊导尿管》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240366	
298	医用防护口罩	河南诚安医疗科 技有限公司	折叠型	2211195016	金沙县妇幼 保健院	豫械注准20212140495《医 用防护口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240367	
299	一次性使用产包	新乡市康民卫材 开发有限公司	/	24022640	荔波县中医 医院	豫械注准20222140549《一 次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240368	
300	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司	YE655D	240113	三都水族自 治县中医医 院	苏械注准20202071574《臂 式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240369	
301	医用脱脂棉	贵州骏江实业有 限公司	500g/包	202312028	安龙县康庄 中西药有限 责任公司	黔兴械备20150016号《医 用脱脂棉》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240370	
302	医用脱脂棉纱布	贵州骏江实业有 限公司	5cm×7cm× 8	202403018	贵州意晨康 医疗器械有 限公司	黔械注准20222140016《医 用脱脂棉纱布》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240371	
303	一次性使用医用橡 胶检查手套	贵州骏江实业有 限公司	7#	202402013	贵州意晨康 医疗器械有 限公司	GB10213-2006《一次性使 用医用橡胶检查手套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240372	
304	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	规格：0.9mm 型 号：B型	批20230826	兴仁市人民 医院	国械注准20173104574《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240373	
305	脱脂纱布块	河南亚太医疗用 品有限公司	80mm×100mm×8P/ I 型	202404015	兴仁真武医 院	豫械注准20222140928《脱 脂纱布块》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240374	
306	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	规格：0.9mm 型 号：B型	批20240115	贵州欣益康 健医疗器械 有限公司	国械注准20173104574《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240375	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
307	医用防护服	湖南永康医疗器械有限公司	175cm 无菌型	20220820	贵州欣益康健医疗器械有限公司	湘械注准20202140205《医用防护服》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240376	
308	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7×24 TWLB	20240226	安龙县人民医院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240377	
309	脱脂棉球	贵州骏江实业有限公司	中号	202401012	贵州省兴仁市中医院	黔兴械备20140006号《脱脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240378	
310	一次性使用乳胶导尿管	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20230217	安龙县人民医院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240379	
311	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶—过氧化物酶法)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	176mL R1: 4×35mL, R2: 2×18mL	141224009	贵州华夏时代医疗器械有限公司	粤械注准20152400324《尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶—过氧化物酶法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240380	
312	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	规格: 0.9mm 型号: B型	批20240116	罗甸县中医医院	国械注准20173104574《一次性使用输血器带针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240381	
313	一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles	Shinhung Co., Ltd. 株式会社新 兴	SHINJECT 30G L 25mm M	230604	黔西南州牙管家口腔门诊部有限公司	国械注进20173141666《一次性牙科注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240382	
314	一次性使用手术衣	昆山洁宏无纺布制品有限公司	SMMS加固型手术衣 130×160cm/规格: 连体式-XL	KS240428	兴义市西南医院有限责任公司	苏械注准20142140636《一次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240383	
315	一次性使用产包	新乡市康民卫材开发有限公司	/	20240508	兴仁市人民医院	豫械注准20222140549《一次性使用产包》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240384	
316	一次性使用腰椎穿刺针及套件	委托生产方: 苏州伟康医疗器械有限公司受托生产方: 江苏伟康	9#	20240105	黔西南布依族苗族自治州人民医院	国械注准20153141204《一次性使用腰椎穿刺针及套件》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240385	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
317	一次性使用输血器	宁波天益医疗器械股份有限公司	TS-Ua	23092003	贵州达康医疗设备管理服务有 限公司	国械注准20153101310《一 次性使用输血器》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240386	
318	脱脂棉球	金士达医疗（咸 宁）有限公司	KSC-10型	202401-2	贵州拾七商 贸有限公司	鄂咸宁械备20190010号《 脱脂棉球》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240387	
319	医用外科口罩	河南省博越医疗 器械有限公司	17.5cm×9.5cm/平 面形挂耳式	0123110201	罗甸县人民 医院	豫械注准20202142035《医 用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240388	
320	电子血压计	欧姆龙健康医疗 株式会社	HEM-7136	202211B	北京积水潭 医院贵州医 院	国械注进20162071120《电 子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240389	
321	医用缝合针	杭州爱普医疗器 械股份有限公司	△1/2 7×17	T70248	北京积水潭 医院贵州医 院	浙械注准20162020173《医 用缝合针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240390	
322	医用外科口罩	浙江蓝禾医疗用 品有限公司	L型 175mm×95mm	20221005	贵州鸿翔一 心堂医药连 锁有限公司 绥阳县碧桂	浙械注准20192140176《医 用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240391	
323	天然橡胶胶乳避孕 套	天津中生乳胶有 限公司	宽度：W52 长度： 不小于160mm 螺纹 原色 润滑剂为二 甲基硅油	LH23112	贵州鸿翔一 心堂医药连 锁有限公司 绥阳县碧桂	津械注准20202180122《天 然橡胶胶乳避孕套》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240392	
324	上臂式电子血压计	深圳市康贝科技 有限公司	BP133A	2406007	遵义市一味 堂大药房汇 川区店	粤械注准20172071141《上 臂式电子血压计》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240393	
325	一次性使用超滑乳 胶导尿管	兰州红会医疗器 械有限公司	超滑双腔型直头 16Fr30mL/360-D	23043603	六盘水首钢 水钢医院有 限公司	甘械注准20232140155《一 次性使用超滑乳胶导尿管 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240394	
326	医用外科口罩	新乡市康民卫材 开发有限公司	灭菌平面耳挂式	20240506	六盘水首钢 水钢医院有 限公司	豫械注准20212142152《医 用外科口罩》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240395	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
327	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1:40ml×1 R2: 10ml×1	24071503	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400041《α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240396	
328	载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1: 45ml×1 R2: 15ml×1	24070202	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400058《载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240397	
329	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R: 60ml×2 校准品: 1ml	24061403	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400065《白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240398	
330	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R1: 40ml×1 R2: 10ml×1	24051402	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20162400068《天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240399	
331	钙测定试剂盒(偶氮砷III法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	试剂: R:60ml×2 校准品:1ml	24052903	贵州普洛迈德生物工程有限公司	黔械注准20192400027《钙测定试剂盒(偶氮砷III法)》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240400	
332	一次性牙科注射针 Disposable Dental Needles	Shinhung Co., Ltd. 株式会社新 兴	SHINJECT 30G L 25mm M	240308	贵州医科大学 附属口腔医院	国械注进20173141666《一 次性牙科注射针》	合格	/	贵州省医疗器械 检测中心	SCY240401	
333	一次性使用静脉营 养输液袋	江苏康进医疗器 材有限公司	VN-3000B -1	20240427	独山县人民 医院	国械注准20173144098《一 次性使用静脉营养输液袋 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240402	
334	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌卫材医疗器 械有限公司	中号 A型(轴转 式)	20231224	遵义市传染 病医院	赣械注准20172180059《一 次性使用无菌阴道扩张器 》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240403	
335	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	配针规格: 0.9mm 型号: B型	批20240203	遵义市传染 病医院	国械注准20173104574《一 次性使用输血器 带针》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240404	
336	一次性使用手术衣	河南亚都实业有 限公司	中号/120×120cm	2302CE2341	遵义市播州 区人民医院	豫械注准20202142070《一 次性使用手术衣》	合格	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY240406	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
337	一次性使用无菌注射针	江西格兰斯医疗器械有限公司	0.5×20TWLB	20221116	桐梓县中医医院	国械注准20153141643《一次性使用无菌注射针》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240407	
338	医用棉球	新乡市畅达医疗器械有限公司	中号	23091102	桐梓县中医医院	豫械注准20182140171《医用棉球》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240408	
339	拔牙钳	上海康桥齿科器械厂	成人型151#	23-10	贵州医科大学附属口腔医院	沪浦械备20160065号《拔牙钳》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240409	
340	医用脱脂棉	贵州骏江实业有限公司	500g	202308025	上药控股黔南有限公司	黔兴械备20150016号《医用脱脂棉》	合格	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY240410	

远红外腰痛贴	1
远红外颈椎康贴	1
远红外风湿贴	1
远红外止咳平喘贴	1
远红外理气清肠贴	1
远红外伤痛活络贴	1
远红外小儿腹泻贴	1
医用脱脂纱布块	1
隔物灸贴	1
一次性使用静脉营养输液袋	1
一次性使用无菌针灸针	1
丝线编织非吸收性缝线	1
多糖止血修复生物胶液（生物多糖冲洗胶液	1
手术止血纱	1
生物多糖冲洗胶液	1
可吸收止血纱布	1
医用水溶性润滑剂（医用润滑生物胶）	1
医用真丝非吸收缝线	1
一次性使用无菌牙科注射针	1
穴位贴敷	1
脱脂纱布块	1
臂式电子血压计	1
(空白)	1

一次性使用输液器带针 100%
 一次性使用固定义齿 9%
 一次性使用输血器带针
 一次性使用灭菌橡胶外科手套
 一次性使用医用橡胶检查手套
 一次性使用外科口罩
 一次性使用无菌阴道扩张器
 一次性使用无菌注射针
 玻璃体温计
 一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）
 灸针
 一次性使用无菌注射器
 一次性使用静脉输液针
 一次性使用手术衣
 一次性使用防护口罩
 用菌手退热贴
 用菌手退热贴
 一次性使用产包
 一次性使用乳胶导尿管
 用脱脂棉纱布贴
 红外乳腺增生贴

(列C)	(列C) (计数)
江西洪达医疗器械集团有限公司	32
贵州康琦药械有限公司	8
河南曙光汇知康生物科技股份有限	6
贵州天使医疗器材有限公司	5
贵州金玖生物技术有限公司	5
山东威高集团医用高分子制品股份	4
贵州佰诺康生物医药开发有限公司	4
贵州益思达医疗科技集团有限责任	3
贵州普洛迈德生物工程有限公司	3
贵州骏江实业有限公司	3
南昌市旭辉医疗器械有限公司	2
南昌翔翊医疗器械有限公司	2
上海金塔医用器材有限公司	2
新乡市华康卫材有限公司	2
苏州医疗用品厂有限公司	2
上海浦东金环医疗用品股份有限公	2
贵州名凯医疗器械有限公司	2
贵州精艺牙科技术有限公司	2
苏州针灸用品有限公司	2
上海联辉医疗用品有限公司	2
贵州鑫成医疗器械有限公司	2
贵州广鑫医疗器械有限公司	2
贵州众基义齿科技有限公司	2
贵阳新洋诚义齿有限公司	2
贵阳德臻朗朗科技有限公司	2
贵阳恒昌义齿制作有限公司	2
标示生产单位	1
江西恒生实业有限公司	1
河南省奥邦医疗器械有限公司	1
东莞市紫欣医疗器械科技有限公司	1
江苏省永宁医疗器械有限公司	1
江苏长城医疗器械有限公司	1
广东汇通乳胶制品集团有限公司	1
委托生产方：上海科邦医用乳胶器	1
江西松鹤医疗器械有限公司	1
宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	1
河南省百亚医疗器械有限公司	1
河南吉合医疗器械有限公司	1
Shinhung Co., Ltd株式会社新兴	1
新乡市康民卫材开发有限公司	1
山东蓝帆新材料有限公司	1
扬州富达医疗器械有限公司	1
巢湖市宾雄医疗器械有限公司	1
河南省佳康医疗器械有限责任公司	1
东阿阿华医疗科技有限公司	1
委托生产方：广州维力医疗器械股	1
委托生产方：贵州益思达医疗科技	1
河南省安邦卫材有限公司	1
四川普瑞斯生物科技有限公司	1
广州维力医疗器械股份有限公司	1



南昌市贝普医疗科技有限公司	1
贵州佰诺康生物医药开发有限公司	1
河南省运达医疗器械有限公司	1
南昌飞翔乳胶制品有限公司	1
贵州良济医疗器械有限公司	1
贵州高澄医疗器械有限公司	1
贵州安迪医疗设备有限公司	1
强生（中国）医疗器材有限公司	1
东洋松浦乳胶（锦州）有限公司	1
河南洁利康医疗用品有限公司	1
扬州华祥医疗器械有限公司	1
扬州市金环医疗器械厂	1
洪江市正兴医疗仪表厂	1
茂名市江源乳胶制品有限公司	1
广州德瑞康生物科技有限公司	1
江西科伦医疗器械制造有限公司	1
希凯牙科工业有限公司C-K DENTAL	1
贵州东仪医疗器械有限公司	1
扬州洋生医药科技有限公司	1
河南亚太医疗用品有限公司	1
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1
新乡市大方医疗器械制造有限公司	1

列C) (计数)

21%
5%
3%

限公司

份有限公司

司

任公司

